



คำสั่งคณะกรรมการและเทคโนโลยี

ที่ ๑๓๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลความปลอดภัยทางรังสี และรับผิดชอบวัสดุกัมมันตรังสี
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ โดยวัสดุกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและวิจัยของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บ ณ ห้อง ๒๙๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร ๒๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดังนั้น เพื่อให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยทางรังสี และรับผิดชอบวัสดุกัมมันตรังสี คณะบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางรังสี และรับผิดชอบวัสดุกัมมันตรังสีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ

นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์

หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางรังสีและรับผิดชอบวัสดุกัมมันตรังสี ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบการบริหารราชการในคณะ หากมีคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิก และยึดถือคำสั่งนี้เป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางดวงตา โนวาเชค)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่รับ ๑๕๗๑
วันที่รับ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๕ น.
ส่ง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่ ๐๑๕/๕๑, ๓๐๗/๖๖

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

୧୯ ଖ୍ର.ପ. ୧୯୯୯

เรื่อง แจ่งสถานที่เก็บเครื่อง GC วัสดุแก๊สมันตรังสี Ni-๖๓

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ วท ๐๔๐๓/๒๔๔๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แจ้งนั้น ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการถอด saure เก็บเครื่อง GC วัสดุกัมมันตรังสี Ni-๖๓ตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณู (ปส.) แล้วนั้น โดยได้จัดเก็บที่อาคาร ๒๙ อาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ห้อง ๒๙๒๐๑ ชั้น ๒ และมีผู้รับผิดชอบ คือ นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์ เป็นผู้ดูแล

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานปรมาณู (ปส.) โดยให้ดำเนินการกำจัด
จึงแจ้งมาเพื่อทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปรดดำเนินการเพื่อแจ้งกำจัดในลำดับต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ครอบครอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]

(นายวรรณะชัย ปฐมสิริวงศ์)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13wanna

Wesleyan

Q

১৫৫৮. ৬৭

นายวรระชัย ปฐมสิริวงศ์

เรียน คณบดี

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

เรียนคณาจารย์ อาจารย์ ดร. ประจักษ์
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ อึ้งอัมพรวิไล

นายณัฐพงษ์ นิภูณดี
ท. ๑๗.๖-๒๖

นายบรรณรักษ์ ขันหอม
นายก อบจ.น่าน
นายสมชาย หอมทิพย์
นายก อบจ.น่าน
นายสมชาย หอมทิพย์
นายก อบจ.น่าน
นายสมชาย หอมทิพย์
นายก อบจ.น่าน

19/02/16



ที่ วท ๐๔๐๓/๒๔๔๓

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๓/๘๒๗๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) แจ้งการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ปส. ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยมีนายภานุพงศ์ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ นายเกษม ดีศรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน และนายคมศักดิ์ หนูนเพชร นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นผู้ตรวจ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดัด เรือนประยูร เป็นผู้นำตรวจ โดยมีผลการตรวจสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสิ่งที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข/ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

สิ่งที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข/ดำเนินการเพิ่มเติม

๑. ถ้าไม่ประสงค์จะใช้เครื่อง GC ให้รับดำเนินการขอจัดการกากกัมมันตรังสี
๒. ให้จัดหาสถานที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสี Ni-63 ให้เหมาะสมในระหว่างที่รอจัดการกาก

กัมมันตรังสี

โพธิ์ ชัยภักดิ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- นื่องไขว่ถวญ

- เกษณการมอญ คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ. ๖๖

(นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์)

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓

มอบหมายให้ดำเนินการต่อไป

๘.๓.๒๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิปกรณ์ พงศ์ผลาดิสัย

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

☐ ไม่เป็นไปตาม
☒ เป็นไปตาม

- เห็นควรขอขม. ประสงค์ เรืองประยูร

ขอขม.

- ขอขม. ประสงค์ เรืองประยูร
 ๕ ม. ๓๖๖. ๖๑

Dang

๕ ม. ๓๖๖. ๖๑

ผลการตรวจสอบ (และข้อพึงปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม) สถานปฏิบัติการทางรังสี

ชื่อสถานปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วันที่ตรวจสอบ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้ตรวจสอบ

๑. นายภานุพงศ์ พินกฤษ
๒. นายคมศักดิ์ หนูนเพชร
๓. นายเกษม ดีศรี

ผู้นำตรวจ


๑. ผศ.ดร.ประดับ เรียนประยูร

ผลการตรวจสอบ

๑. มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี แบบ พ.ป.ส.๔ก-๕ เลขที่ 4R326/60RF หมดอายุวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
๒. บัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสีถูกต้องตามที่ระบุในใบอนุญาตฯ
๓. ค่าระดับรังสีบริเวณที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทางรังสี
๔. ไม่พบการเปราะเปื้อนทางรังสี
๕. อยู่ระหว่างการขอขจัดกากกัมมันตรังสี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ถ้าไม่ประสงค์จะใช้เครื่อง GC ให้รีบดำเนินการขอจัดการกากกัมมันตรังสี
๒. ให้จัดหาสถานที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสี Ni-63 ให้เหมาะสมในระหว่างที่รอจัดการกากกัมมันตรังสี



(นายภานุพงศ์ พินกฤษ)

วิศวกรนิเวศลิยร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

ที่ วท ๐๔๐๓/ ๕๒๓๐



สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เลขที่รับ.....
วันรับ..... ๕/๒/๒๕๖๐
เวลา..... ๙:๑๐ น.
สิ่ง..... ๒๒ III FI ๒๕๖๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารและเครื่องมือเพื่อรับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีประกอบการออกใบอนุญาตทางรังสี จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ได้ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ ตามที่ปรากฏในใบอนุญาตเลขที่ 4R326/60RF หมดอายุวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ (ปส.) จึงขอจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ โดยขอความร่วมมือท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำสถานปฏิบัติการทางรังสีเข้าร่วม และนำตรวจตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมจัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือเพื่อรับการตรวจสอบตามรายการที่ส่งมาด้วยนี้ให้พร้อมด้วย ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายภานุพงศ์ พินภุช วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เฟื้อง จันทมัต

ขอแสดงความนับถือ

-เพื่อไม่ตกค้าง

-เพื่อลดภาระงาน

(นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ)

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

- มณฑลวิเศษย์ สำนักร

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓

(นางภัทรวรรณ สีสานชัยกุล)

